

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**

ΑΘΗΝΑ 24-6-2015

Ταχ. Δ/ση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί
Τ.Κ. : 11527
Υπηρεσία : Τμ. Προμηθειών
Πληροφορίες : Αλεξ. Ευμορφοπούλου
Τηλέφωνο : 213 2013 152
Fax : 213 2013 118

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 32

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ BICOR ΤΟΡ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΔΑΠΑΝΗ 24.600,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ
ΝΑΙ	23-06-2015

Έχοντας υπόψη:

- 1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/ 95) Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
 - 1.2. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου»
 - 1.3. Του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
 - 1.4. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α'31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
 - 1.5. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α' /8-8-2014) Μέρος Β' 157 περ. β' της παρ.1 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ' αριθ. 2/9/22-5-2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης με ανταλλακτικά, του αγγειογραφικού συγκροτήματος BICOR TOP του κατασκευαστικού οίκου SIEMENS, του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου.

Κατάθεση προσφορών έως και 6-7-2015 ώρα 14:00.

Αποσφράγιση προσφορών: 7-7-2015 ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα του Τμήματος Προμηθειών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

Α) Πολίτες ημεδαπής και αλλοδαπής της αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07.

Β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά της αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/07.

Γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, της ορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.

Δ) Συνεταιρισμοί.

Ε) Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφ' όσον κριθεί σκόπιμο να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/07.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά να υποβληθεί μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται χωριστός σφραγισμένος φάκελος της τεχνικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο] και σφραγισμένος ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο].

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

- Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το είδος (τιμή κατ' αποκοπή - τεμ. 1).

- Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρεία που θα αναδειχθεί προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ)	Για προμήθεια αγαθών-εργαλαβίες συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ και του χαρτοσήμου, καθώς και της παρακράτησης φόρου 4% και των εξόδων μεταφοράς.

	Για παροχή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ και του χαρτοσήμου, καθώς και της παρακράτησης φόρου 8% και των εξόδων μεταφοράς.
ΠΛΗΡΩΜΗ	ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ	ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.paidon-agiasofia.gr

Στην περίπτωση της προμήθειας του εντύπου της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν σε τακτά χρονικά την ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές-διορθώσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν μέχρι την διενέργεια του ΠΜΔ.

Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ισχυρισμούς των ενδιαφερόμενων εταιρειών περί μη ενημέρωσης τους, σε περίπτωση αλλαγών-διορθώσεων της διακήρυξης, δεδομένου ότι όλες οι σχετικές ενημερώσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ BICOR ΤΟΥ
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

Στην Αθήνα σήμερα 11.05.2015 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης με ανταλλακτικά, του αγγειογραφικού συγκροτήματος BICOR TOP του κατασκευαστικού οίκου Siemens, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ: 10349/05-05-2015 απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Νικόλαο Ελευθεράκη | Δ/ντη Ιατρό Καρδιολόγο |
| 2. Γεώργιο Καλπίδη | Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. |
| 3. Ελένη Κοτσάνη | Νοσηλεύτρια Τ.Ε. |

Γενικά:

Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν στην σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης με ανταλλακτικά, του αγγειογραφικού συγκροτήματος BICOR TOP του κατασκευαστικού οίκου Siemens. Το αγγειογραφικό σύστημα BICOR TOP βρίσκεται στο χώρο του Αιμοδυναμικού Τμήματος

Ετήσια τακτική συντήρηση αγγειογραφικού συγκροτήματος BICOR TOP

Θα εκτελείται γενικός προληπτικός έλεγχος του μηχανήματος μία φορά στο τρίμηνο, ήτοι τέσσερις (4) προληπτικές συντηρήσεις το έτος. Σε κάθε προληπτική συντήρηση θα εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες:

- Μετρήσεις και έλεγχοι ασφαλείας
- Έλεγχος ποιότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης
- Έλεγχος και λίπανση των κινητών στοιχείων του μηχανήματος
- Αναγκαίες ρυθμίσεις παραμέτρων και καθαρισμοί
- Συμπλήρωση ή ενδεχόμενα αντικατάσταση των βοηθητικών αναλωσίμων υλών, όπως έλαιο λίπανσης κ.λ.π.
- Γενικός έλεγχος για την καλή λειτουργία του αγγειογραφικού συγκροτήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Στην τακτική προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνεται και μηνιαία επίσκεψη του συντηρητή για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του αγγειογραφικού συγκροτήματος.

Στην ετήσια συντήρηση του αγγειογραφικού συγκροτήματος συμπεριλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν κατά την

διάρκεια της προληπτικής συντήρησης, καθώς και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για την επιδιόρθωση οιασδήποτε βλάβης. Εξαιρούνται από τα ανταλλακτικά οι λυχνίες, οι ενισχυτές εικόνας και οι λυχνίες λήψεως κάμερας. Για αυτά τα ανταλλακτικά ο συντηρητής θα αμείβεται κατόπιν προσφοράς του και αποδοχής αυτής από το Νοσοκομείο. Η εργασία για την αντικατάσταση οιονδήποτε ανταλλακτικού καθώς και αυτών που εξαιρούνται στην παρούσα παράγραφο συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της ετήσιας συντήρησης. Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνεται και το κόστος που προκύπτει από επίσκεψη του συντηρητή για επισκευή, μετά από κλήση του Νοσοκομείου. Ο αριθμός επισκέψεων επισκευών θα είναι απεριόριστος. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Ο συντηρητής θα είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει το προσωπικό που χειρίζεται το αγγειογραφικό συγκρότημα για την αποφυγή εσφαλμένων χειρισμών που οδηγούν σε βλάβες από κακή χρήση.

Διευκρινήσεις:

- 1 Υποχρεωτικά οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν φύλλο συμμόρφωσης που θα απαντά σε κάθε παράγραφο των τεχνικών προδιαγραφών.
- 2 Υποχρεωτικά ο συντηρητής θα έχει στοκ ανταλλακτικών. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ανταλλακτικών ο συντηρητής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Νοσοκομείο. Κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση.
- 3 Υποχρεωτικά ο συντηρητής μετά από κάθε επέμβαση στο αγγειογραφικό συγκρότημα, είτε αφορά στην προληπτική συντήρηση είτε στην επιδιόρθωση κάποιας βλάβης, θα καταθέτει τεχνικό δελτίο το οποίο απαραίτητα θα υπογράφεται από τον Προϊστάμενο Βιοιατρικής Τεχνολογίας. Το τεχνικό δελτίο θα περιλαμβάνει όλους τους ελέγχους και τις εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα προδιαγραφή. Κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση.
- 4 Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και να ανταποκρίνεται σε κάθε κλήση του

Νοσοκομείου εντός τριών ωρών. Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

- 5 Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν στην προσφορά τους το πρόσωπο που θα είναι υπεύθυνο επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας τους και του Νοσοκομείου για την επίλυση τεχνικών θεμάτων, και τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης – αναγγελίας βλαβών.
- 6 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά απόδειξης της εμπειρίας τους σε συντήρηση παρόμοιων συστημάτων με αυτό που περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή, τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε Νοσοκομεία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νικόλαος Ελευθεράκης

Γεώργιος Καλπίδης

Ελένη Κοτσάνη