

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**

**ΑΘΗΝΑ 24-6-2015**

Ταχ. Δ/ση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί  
**Τ.Κ. : 11527**  
Υπηρεσία : Τμ. Προμηθειών  
**Πληροφορίες : Αλεξ. Ευμορφοπούλου**  
Τηλέφωνο : 213 2013 152  
**Fax : 213 2013 118**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 34**

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
(με συλλογή προσφορών)  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΔΑΠΑΝΗ 1.845,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ**

<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ</b>
<b>ΝΑΙ</b>	-

Έχοντας υπόψη:

- 1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/ 95) Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
  - 1.2. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου»
  - 1.3. Του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
  - 1.4. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α'31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
  - 1.5. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α' /8-8-2014) Μέρος Β' 157 περ. β' της παρ.1 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ' αριθ. 12312/2-6-2015 Απόφαση Διοικητού, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία συλλογής προσφορών.

**Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο Υ Μ Ε**

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για την εκτέλεση διαδικασίας διακρίβωσης κρίσιμου εξοπλισμού του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.

**Κατάθεση προσφορών έως και 8-7-2015 ώρα 14:00.**

**Αποσφράγιση προσφορών: 9-7-2015 ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα του Τμήματος Προμηθειών.**

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

A) Πολίτες ημεδαπής και αλλοδαπής της αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07.

B) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά της αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/07.

Γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, της ορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.

Δ) Συνεταιρισμοί.

E) Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφ' όσον κριθεί σκόπιμο να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/07.

#### **ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Η προσφορά να υποβληθεί μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται χωριστός σφραγισμένος φάκελος της τεχνικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο] και σφραγισμένος ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς [πρωτότυπο & αντίγραφο].

#### **ΤΙΜΕΣ**

Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

- Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το είδος (τιμή κατ' αποκοπή - τεμ. 1).

- Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:** Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρεία που θα αναδειχθεί προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ)	Για προμήθεια αγαθών-εργαλαβίες συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ και του χαρτοσήμου, καθώς και της παρακράτησης φόρου 4% και των εξόδων μεταφοράς.  Για παροχή υπηρεσιών

	συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων υπέρ τρίτων κρατήσεων (2%), συν 0,1036%, υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΥ και του χαρτοσήμου, καθώς και της παρακράτησης φόρου 8% και των εξόδων μεταφοράς.
ΠΛΗΡΩΜΗ	ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ	ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.paidon-agiasofia.gr](http://www.paidon-agiasofia.gr)

Στην περίπτωση της προμήθειας του εντύπου της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν σε τακτά χρονικά την ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές-διορθώσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν μέχρι την διενέργεια του ΠΜΔ.

Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ισχυρισμούς των ενδιαφερόμενων εταιρειών περί μη ενημέρωσης τους, σε περίπτωση αλλαγών-διορθώσεων της διακήρυξης, δεδομένου ότι όλες οι σχετικές ενημερώσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 26/5/2015 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην διαδικασία διακρίβωσης κρίσιμου εξοπλισμού Μικροβιολογικού εργαστηρίου από διαπιστευμένους φορείς διακρίβωσης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 304/7182/1 26/03/2015 απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου και αποτελείται από τους:

1. Μαλαματή Μήκα Μικροβιολόγο
2. Νίκη Πετροπούλου Μικροβιολόγο
3. Παναγιώτη Χούντα Ηλεκτρονικό Δ.Ε.

Τα προς διακρίβωση μηχανήματα και όργανα του μικροβιολογικού εργαστηρίου είναι τα εξής:

1. Επωαστικός κλίβανος (Hot Room) ως προς τη θερμοκρασία 36°C και έλεγχος ομοιογένειας και σταθερότητας σε εννέα (9) σημεία.
2. Ένας (1) υγρός κλίβανος αποστείρωσης (selecta) ως προς τη θερμοκρασία 121°C σε ένα σημείο.
3. Ένας (1) υγρός κλίβανος αποστείρωσης (Rayra) ως προς τη θερμοκρασία 115°C σε ένα σημείο
4. Ξηρός κλίβανος αποστείρωσης (WTB Binder) ως προς τις θερμοκρασίες 200°C και 250°C σε ένα σημείο.
5. Τρεις κλίβανοι επώασης:
  - Ως προς τη θερμοκρασία 35°C έλεγχος ομοιογένειας και σταθερότητας σε εννέα (9) σημεία (SL SHEL LAB )
  - Ως προς τη θερμοκρασία 30°C έλεγχος ομοιογένειας και σταθερότητας σε εννέα (9) σημεία (Binder)
  - Ως προς τη θερμοκρασία 42°C έλεγχος ομοιογένειας και σταθερότητας σε εννέα (9) σημεία.
6. Κλίβανος αιμοκαλλιιεργειών (Bactec 9240 – Becton Dickinson) 36°C έλεγχος ομοιογένειας και σταθερότητας σε εννέα (9) σημεία
7. Θερμόμετρο αναφοράς ως προς τη θερμοκρασία σε εύρος -20°C έως +42°C.
8. Ζυγός ως προς τη μάζα (σε περιοχή 1g έως 100g)
9. Δύο (2) πιπέττες σταθερού όγκου 1000μL
10. Δύο (2) πιπέττες μεταβλητού όγκου 50-200μL
11. Τρεις (3) πιπέττες μεταβλητού όγκου 2 – 20μL
12. Μία (1) πιπέττα μεταβλητού όγκου 200μl-1000μL

Απαραίτητοι όροι

1. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι κατά ISO 17025 από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα διαπίστευσης για τα συγκεκριμένα μεγέθη. Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν τα πιστοποιητικά διαπίστευσής τους. Από αυτά θα προκύπτει ότι είναι διαπιστευμένοι ώστε να εκτελούν διαδικασίες διακρίβωσης σε εργαστηριακό εξοπλισμό.
2. Τα τελικά πιστοποιητικά διακρίβωσης που θα εκδοθούν από την ανάδοχο εταιρεία μετά τις διαδικασίες διακρίβωσης του ανωτέρω εξοπλισμού θα πρέπει να φέρουν το λογότυπο του ΕΣΥΔ ή άλλου φορέα διαπίστευσης.
3. Ως προς τον έλεγχο των κλιβάνων και σε ότι αφορά τις θερμοκρασίες αυτές μπορεί να έχουν απόκλιση της τάξης του +/- 1°C.
4. Η ανάδοχος εταιρεία θα καταθέσει τα αποτελέσματα των ελέγχων και ρυθμίσεων στο Μικροβιολογικό εργαστήριο. Αυτό με την σειρά του θα ελέγξει τα αποτελέσματα. Σε περίπτωση που υπάρχει απόκλιση από τα επιθυμητά αποτελέσματα, η ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει εκ νέου τους ελέγχους και τις ρυθμίσεις χωρίς επιπλέον κόστος.