

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
(ΣΕΤ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)**

(27-07-2016)

Παρατηρήσεις των εταιρειών επί των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν κατατεθεί.

1. Εταιρεία Epimed

Η παρατήρηση της Εταιρείας γίνεται δεκτή. Η προδιαγραφή 7 θα αλλάξει και τα 140-150ml θα γίνουν 210ml.

2. Εταιρεία Μ.Σ. Ιακωβίδης

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A. Σύστημα αιμαφαίρεσης για εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων

- Οι προδιαγραφές 1-6 απορρίπτονται καθώς, προφανώς εκ παραδρομής, αφορούν σε δότηση αίματος από υγιείς δότες και όχι σε θεραπευτική αφαίρεση ασθενών π.χ. με δρεπανοκυτταραιμία.
- Επίσης απορρίπτεται η προδιαγραφή 7, καθώς στο Νοσοκομείο μας οι ασθενείς είναι συχνά παιδιά με μικρό εξωσωματικό όγκο και χαμηλό αιματοκρίτη.

B. Σύστημα αιμαφαίρεσης για συλλογή αιμοπεταλίων (μοναδικού δότη)

- Η πρόταση της εταιρείας, που αφορά στην προδιαγραφή 7 απορρίπτεται, καθώς και από την εμπειρία μας ετών σε αυτές τις συλλογές, αποκλείονται δότες (ιδίως γυναίκες) με μικρό όγκο αίματος και χαμηλή Hb, λόγω πιθανών επιπλοκών.
- Η πρόταση της εταιρείας για τροποποίηση στην προδιαγραφή 12 απορρίπτεται επίσης, καθώς με τη χρήση φίλτρων υπάρχει μείωση των συλλεγομένων Αιμοπεταλίων κατά 10%, γεγονός που δε θέλουμε.
- Η παρατήρηση που αφορά στην προδιαγραφή 13, γίνεται δεκτή.

3. Rontis

Γίνεται δεκτή η παρατήρηση της Εταιρείας για την αλλαγή (του λάθους) στον πίνακα ειδών-τεχνικές προδιαγραφές στη στήλη Π/Τ.

- 1). Η πρόταση της Εταιρείας που αφορά στη σελ. 2, παράγραφος α) (περιγραφή είδους) γίνεται αποδεκτή καθώς η αρχική διατύπωση είναι ελλιπής, εκ παραδρομής.
- 2). Η παρατήρηση της Εταιρείας, προδιαγραφή 2 του είδους Α, γίνεται αποδεκτή, καθώς όλα τα αναφερόμενα πρωτόκολλα εφαρμόζονται στο Νοσοκομείο μας.
- 3). Η παρατήρηση της Εταιρείας για την τροποποίηση στην προδιαγραφή 3 του είδους Α, γίνεται αποδεκτή, καθώς εφαρμόζονται πολύ συχνά σε παιδιά με πολύ μικρό Σ.Β. και Hct και όταν δεν υπάρχουν διακυμάνσεις στον εξωσωματικό όγκο έχουμε τις λιγότερες δυνατών επιπλοκές.
- 6). Η παρατήρηση της εταιρείας και η πρόταση για τροποποίηση της προδιαγραφής 6 στο είδος Β γίνεται αποδεκτή καθώς δεν επιθυμούμε να αποκλείονται υγιείς δότες με μικρό σχετικά Σ.Β. ή Hct.
- 7). Η παρατήρηση αυτή έχει γίνει ήδη αποδεκτή στην εταιρεία Epimed όσον αφορά στα 210ml εξωσωμ. Όγκου και τα υπόλοιπα καλύπτονται από την τροποποίηση στην παράγραφο 6.
- 13). Η παρατήρηση της εταιρείας έγινε ήδη αποδεκτή και στην περίπτωση της εταιρείας Ιακωβίδη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

N. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ

K. ΛΙΑΝΟΥ

Δ. ΚΑΒΑΝΤΟΥΡΗ