



**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΛΗΣ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ  
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**

Αθήνα, 20-10-2021  
Αριθ. Πρωτ.:20867/20-10-2021

Ταχ. Δ/ση: Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου – Γουδή  
Υπηρεσία : Δ/ση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας  
Υποδ/ση : Οικονομικού  
Τμήμα : Προμηθειών  
Πληροφ. : Ευαγγελία Σπαντιδάκη  
Τηλ. : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242  
Fax: : 213 2013118  
e-mail : [ev.spantidaki@paidon-agiasofia.gr](mailto:ev.spantidaki@paidon-agiasofia.gr)

**ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)**

**Έχοντας υπόψη:**

**1. Τις διατάξεις :**

- 1.1 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «*Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις*» όπως ισχύει σήμερα.
- 1.2 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α΄ 25 /9-2-2007) «*Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ&ΚΑ και λοιπές διατάξεις*»
- 1.3 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «*Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις*».
- 1.4 των άρθρων 21 & 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141 /17-08-2010) «*Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη*».
- 1.5 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «*Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις*»
- 1.6 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «*Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις*»
- 1.7 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*.

- 1.8 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  - 1.9 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.»
  - 1.10 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 20572/18-10-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Συντονιστή Διευθυντή του Τμήματος Νευροχειρουργικής του Νοσοκομείου, για ασθενή ο οποίος χρήζει ενδοσκοπικής διαρρινικής διασφηνοειδικής χειρουργικής επέμβασης, καθώς πάσχει από εξεργασία (αδένωμα) υπόφυσης εγκεφάλου. Σύμφωνα με το ανωτέρω Υπηρεσιακό για την χειρουργική επέμβαση θα χρειαστούν τα υλικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄.

### Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

**σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για τα υλικά χειρουργικής επέμβασης, όπως αναλυτικά έχουν παρατεθεί στον ΠΙΝΑΚΑ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄.**

**Προϋπολογισθείσα δαπάνη € 4.600,00 πλέον Φ.Π.Α**

#### 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι οικονομικές προσφορές θα αφορούν τα υλικά που παρατίθενται στον ΠΙΝΑΚΑ του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για 120 ημέρες τουλάχιστον από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής.

**Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών iSupplies έως την Παρασκευή 22/10/2021 και ώρα 10:00 π.μ.**

#### 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.**

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).

**Μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης,** ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:

- i) απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά για:

- Τις περιπτώσεις ΕΠΕ, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ( Ι.Κ.Ε. ), ΟΕ. και ΕΕ, τους διαχειριστές.
- Τις περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Τις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

ii) Φορολογική ενημερότητα.

iii) Ασφαλιστική ενημερότητα.

iv) Αποδεικτικά Έγγραφα Νομιμοποίησης:

- Για Ανώνυμη εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό της, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
- Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
- Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε. και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή της το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

EMMANΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

Τμήμα Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ**

**Πιθανή Δαπάνη για 4.600 €, πλέον Φ.Π.Α.**

Για την ενδοσκοπική διαρρινική διασφηνοειδική χειρουργική επέμβαση για ασθενή ο οποίος πάσχει από εξεργασία (αδένωμα) υπόφυσης εγκεφάλου και χρειάζονται τα κάτωθι υλικά:

α/α	Περιγραφή είδους	Ποσότητα
1	<p>Σύστημα καθοδηγούμενης χειρουργικής, να είναι ηλεκτρομαγνητικό, η αναγνώριση των εργαλείων να γίνεται αυτόματα, να είναι δυνατή η ταυτόχρονη παρακολούθηση της θέσης τριών εργαλείων, να είναι δυνατή η σύνδεση και η πλοήγηση της χειρολαβής της εκτομής των μαλακών μορίων του υπάρχοντος συστήματος του χειρουργείου, να διαθέτει βαθμονόμηση με την χρήση ανατομικών οδηγών σημείων σαν δεύτερη επιλογή, να διαθέτει εργαλεία για την επεξεργασία της εικόνας καθώς και λογισμικό για την ενοποίηση αξονικής μαγνητικής τομογραφίας, καθιστώντας δυνατή την πλοήγηση με χρήση της εντοπισμένης εικόνας, να διαθέτει εργαλεία μέτρησης αποστάσεων στις τρεις τομές της αξονικής τομογραφίας, να είναι εφικτή η αποθήκευση εικόνων από την χειρουργική επέμβαση και να παρέχει κατάλληλο λογισμικό για την εγγραφή τους σε οπτικό δίσκο (CD-ROM) ή μονάδα USB</p>	TEM 1
2	<p>Τα εργαλεία-αισθητήρες της πλοήγησης να είναι μιας χρήσεως.                      Να διαθέτει:                      Ηλεκτρομαγνητικό αισθητήρα ανάκλασης- πλοήγησης στεφάνης ασθενή.                      Ηλεκτρομαγνητικό αισθητήρα ανάκλασης- πλοήγησης εργαλείων.                       Ηλεκτρομαγνητικό εύκαμπτο πλοηγήσιμο ρύγχος αναρρόφησης άμεσης αναγνώρισης μήκους 20 εκ.                       Να δύναται να συνδεθεί με ηλεκτρομαγνητικό πλοηγήσιμο ενδοσκοπικό γλύφانو μαλακών μορίων 4χιλ με ενσωματωμένη πλύση και αναρρόφηση, μήκους 13εκ, άμεσης αναγνώρισης. Απόλυτα συμβατό με χειρολαβή shaverXPS του χειρουργείου.</p>	TEM 1
3	<p>Προδιαγραφές Γλυφάνου – ΕνδοσκοπικέςΦρέζες</p> <p>ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΦΡΕΖΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ (NAVIGATED), ΒΑΣΕΩΣ ΚΡΑΝΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3,2ΧΙΛ, ΚΥΡΤΗ 15<sup>0</sup>, ΜΗΚΟΥΣ 15CM,ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ.ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ SHAVERΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ NAVIGATOR απόλυτα συμβατή με χειρολαβή shaverXPS του χειρουργείου</p>	TEM 1

α/α	Περιγραφή είδους	Ποσότητα
4	<p>ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΦΡΕΖΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ (NAVIGATED) ΒΑΣΕΩΣ ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4ΧΙΛ, ΚΥΡΤΟ 15<sup>0</sup>, ΜΗΚΟΥΣ 15CM,ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ.ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ NAVIGATOR.</p> <p>Απόλυτα συμβατή με χειρολαβή shaverXPS του χειρουργείου.</p> <p>ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΓΛΥΦΑΝΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4ΧΙΛ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 11CM. ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ SHAVER ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ NAVIGATOR. Απόλυτα συμβατό με χειρολαβή shaverXPS του χειρουργείου</p>	TEM 1
5	<p>ΘΗΚΕΣ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ</p> <p>Θήκη οπτικής μιας χρήσεως διεγχειρητικού καθαρισμού του άκρου των ενδοσκοπίων (ENDO-SCRUBS heaths) υπάρχουσας αντλίας, οράσεως 0<sup>0</sup> για ενδοσκόπια διαμέτρου 4mm. Να μην αυξάνεται η διάμετρος του ενδοσκοπίου πάνω από 0,7mm.</p> <p>Αποστειρωμένες σε συσκευασία μιας χρήσης.</p> <p>Απόλυτα συμβατή με υπάρχουσα συσκευή πλύσης endoscrub του χειρουργείου</p> <p>Θήκη οπτικής μιας χρήσεως διεγχειρητικού καθαρισμού του άκρου των ενδοσκοπίων (ENDO-SCRUBS heaths) υπάρχουσας αντλίας, οράσεως 30<sup>0</sup> για ενδοσκόπια διαμέτρου 4mm. Να μην αυξάνεται η διάμετρος του ενδοσκοπίου πάνω από 0,7mm.</p> <p>Αποστειρωμένες σε συσκευασία μιας χρήσης.</p> <p>Απόλυτα συμβατή με υπάρχουσα συσκευή πλύσης endoscrub του χειρουργείου</p>	TEM 1
6	<p>ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΧΙΤΟΖΑΝΗ</p> <p>Αιμοστατικό βιοσυμβατό επίθεμα ρινός από φυσικής προέλευσης πολυμερή χιτοζάνη (chitosan –αμινο-πολυσακχαρίτη).</p> <p>Να είναι σχεδιασμένο να ελαχιστοποιεί την αιμορραγία και το οίδημα και να προλαμβάνει την δημιουργία συμφύσεων μεταξύ του διαφράγματος και της ρινικής κοιλότητα έπειτα από χειρουργείο ή τραυματισμό.</p> <p>Να παρέχει επαρκή στήριξη για έως και 36 ώρες και διασπάται μετά από διαδοχικές πλύσεις ή αναρρόφηση σε διάστημα 7 ημερών.</p> <p>Να διατίθεται σε διάσταση 8.0 εκ x 1.8 εκ σε αποστειρωμένη συσκευασία</p>	TEM 1