



ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΛΗΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**

Αθήνα, 16-02-2022
Αριθ. Πρωτ.:ΕΞΕ 3215- 17/02/2022

Ταχ. Δ/ση: Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου – Γουδή
Υπηρεσία : Δ/ση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας
Υποδ/ση : Οικονομικού
Τμήμα : Προμηθειών
Πληροφ. : Σταματία Τραμπέλη
Τηλ. : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242
Fax: : 213 2013118
e-mail : s.trabeli@paidon-agiasofia.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΥΛΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

- 1.1 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
- 1.2 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α΄ 25 /9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ&ΚΑ και λοιπές διατάξεις»
- 1.3 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- 1.4 των άρθρων 21 & 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
- 1.5 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πιτωχεντικός κώδικας) Προπρωχεντική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»
- 1.6 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
- 1.7 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

- 1.8 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 1.9 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.»
- 1.10 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.»
- 1.11 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
2. Την υπ' αριθ. 6/2/24-01-202 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια δύο (2) πυλών απολύμανσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ ή € 37.200,00 συμπ. ΦΠΑ 24% και β) οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
3. Την υπ' αριθ. 17/3/09-02-202 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διόρθωση σφάλματος επί της υπ' αριθ. 6/2/24-01-2022 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια δύο (2) πυλών απολύμανσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ ή € 37.200,00 συμπ. ΦΠΑ 24% και συγκεκριμένα τη λήψη Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης στο Κ.Α.Ε. 7131. Κατά τα λοιπά η υπ' αριθ. 6/2/24-01-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου μένει ως έχει.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

σας προσκαλεί να υποβάλλετε προσφορά για την προμήθεια δύο (2) πυλών απολύμανσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου.

Πιθανή δαπάνη € 30.000,00 πλέον Φ.Π.Α 24% ή € 37.200,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24%

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 120 ημέρες τουλάχιστον από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών iSupplies έως την Τρίτη 22/02/2022 και ώρα 14:00, ενώ θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies, έως τις 10:00 π.μ. της επομένης εργάσιμης ημέρας, ήτοι την Τετάρτη 23/02/2022, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του

Νοσοκομείου σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία της πρόσκλησης.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής**.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147).

Μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:

i) απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισόδυναμο έγγραφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά για:

- Τις περιπτώσεις ΕΠΕ, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ΟΕ. και ΕΕ, τους διαχειριστές.
- Τις περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Τις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

ii) Φορολογική ενημερότητα.

iii) Ασφαλιστική ενημερότητα.

iv) Αποδεικτικά Έγγραφα Νομιμοποίησης:

- Για Ανώνυμη εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό της, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
- Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
- Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
- Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε. και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή της το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016, περί οικονομικών φορέων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Τμήμα Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάγκη προμήθειας Πύλης Απολύμανσης SP-209 για την απολύμανση φορέων, αναπηρικών αμαξιδίων και εμπορευμάτων, ως συμπληρωματικό μέσο για την έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή της διασποράς του ιού COVID-19 καθώς και όλων των ιών & μικροβίων που παρουσιάζουν διασπορά, για τον έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής, είναι ο προσδιορισμός όλων των απαιτήσεων ποιότητας για την προμήθεια Πύλης Απολύμανσης μοντέλου SP-209 που θα τοποθετηθούν στο Νοσοκομείο, ως συμπληρωματικό μέσο για την έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή της διασποράς του ιού COVID-19 καθώς και όλων των ιών & μικροβίων που παρουσιάζουν διασπορά, για τον έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Όπως έχει διαπιστωθεί, μετά από έρευνα αγοράς κυκλοφορούν Πύλες Απολύμανσης μοντέλου SP-209 που πραγματοποιούν αποτελεσματική απολύμανση φορέων, αναπηρικών αμαξιδίων και εμπορευμάτων. Για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου θα απαιτηθούν δύο (2) Πύλες Απολύμανσης αυτού του μοντέλου.

Οι Πύλες Απολύμανσης SP-209 θα πρέπει να πραγματοποιούν απολύμανση με τους ακόλουθους τρόπους:

- 1) μέσω υπεριώδους ακτινοβολίας (UV),
- 2) μέσω πλάσματος
- 3) μέσω ψεκασμού-εκνέφωσης,

και να είναι κατάλληλες για την απολύμανση επιφανειών, φορέων, αναπηρικών αμαξιδίων, εμπορευμάτων, καθώς και όλων των αντικειμένων που τις διαπερνούν.

Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τα εξής:

- 1) Ηλεκτρονική επιγραφή με μεγάλη LED οθόνη για την προβολή γραπτού κειμένου
- 2) Αισθητήρα αυτόματης εκκίνησης λειτουργίας.
- 3) Μεταλλικές ράμπες για την εύκολη διέλευση φορέων & αναπηρικών αμαξιδίων

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι, υλικό ανθεκτικό στην οξείδωση και την παραμόρφωση, και να είναι ελαφριές και φορητές για την εύκολη μεταφορά τους. Θα πρέπει επίσης να λειτουργούν σε δίκτυο 220V.

Οι προσφερόμενες Πύλες Απολύμανσης θα πρέπει να διαθέτουν **πιστοποίηση** από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας, με την οποία να πιστοποιείται πως οι λειτουργίες της όπως η απολύμανση μέσω υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), μέσω πλάσματος και μέσω εκνέφωσης είναι κατάλληλες για νοσοκομειακή χρήση απολύμανσης ιατρικού εξοπλισμού.

Οι προσφερόμενες Πύλες Απολύμανσης θα πρέπει επίσης να διαθέτουν **πιστοποίηση αποτελεσματικότητας αντιμικροβιακής δράσης** από εργαστήριο διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), με την οποία να τεκμηριώνεται αποτελεσματική μείωση του μικροβιακού φορτίου των αντικειμένων που διέρχονται από αυτήν σε ποσοστό άνω του 70% σε μέγιστο διάστημα ενός λεπτού (60 sec).

Να κατατεθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς αντίγραφα των ανωτέρω πιστοποιήσεων του προσφερόμενου προϊόντος, επί ποινή αποκλεισμού.

Ο ανάδοχος θα διαθέτει τις πιστοποιήσεις ISO του τομέα της ήτοι της Ποιότητας ISO 9001:2015, Περιβάλλοντος ISO 14001:2015 και Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ISO 45001:2018, με ειδικό πεδίο πιστοποίησης τις υπηρεσίες γενικής απολύμανσης χώρων, άδεια λειτουργίας για

απολυμάνσεις από το **Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων**, καθώς επίσης και πιστοποίηση από **Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας μας** σχετικά με τα προϊόντα που εμπορεύεται και τοποθετεί.

Όλα τα ανωτέρω θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.

Οι Πύλες Απολύμανσης SP-209 θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για παράδοση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</u>	Πύλη Απολύμανσης SP-209
<u>ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)</u>	800 X 1250 X 2300 MM
<u>ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ</u>	20 Λίτρα
<u>ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ</u>	Ανοξείδωτο ατσάλι
<u>ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ</u>	Νερό βρύσης, καθαρό νερό