



ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΑΔΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»**

Αθήνα, 07-04-2022

Αριθ. Πρωτ.: ΕΞΕ 7982/12-04-2022

Ταχ. Δ/ση: Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου – Γουδή
Υπηρεσία : Δ/ση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας
Υποδ/ση : Οικονομικού
Τμήμα : Προμηθειών
Πληροφ. : Ευαγγελία Σπαντιδάκη
Τηλ. : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242
Fax: : 213 2013118
e-mail : ev.spantidaki@paidon-agiasofia.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ II ΚΛΑΣΗΣ Α2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ
COVID-19 ΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ,
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

- 1.1 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
- 1.2 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α' 25 /9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ&ΚΑ και λοιπές διατάξεις»
- 1.3 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112 /13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- 1.4 των άρθρων 21 & 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α'141 /17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
- 1.5 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204 /15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πρωχευτικός κώδικας) Προπρωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»

- 1.6 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74 /26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις»
 - 1.7 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143 /28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
 - 1.8 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - 1.9 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.»
 - 1.10 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.»
 - 1.11 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
2. Την 34^η Συν. της 06-12-2021 (Θέμα 16^ο) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και διενέργεια εκ νέου του διαγωνισμού, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) προς κάθε ενδιαφερόμενο για την προμήθεια τεσσάρων θαλάμων νηματικής ροής βιολογικής ασφάλειας επιπέδου ΙΙ κλάσης Α2 για την κάλυψη αναγκών λόγω COVID-19 των διαγνωστικών εργαστηρίων Μικροβιολογικού, Παθολογοανατομικού και Αιμορραγικών Διαθέσεων, πιθανής δαπάνης € 28.000,00 πλέον ΦΠΑ (€ 34.720,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), καθώς και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
 3. Την διόρθωση σφάλματος της ως άνω απόφασης, στην υποσημείωση που αφορά τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και την ύπαρξη τυπογραφικού λάθους που αφορούσε τη διαγωνιστική διαδικασία, όπου αφαιρέθηκε η λέξη «Συνοπτικός».

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

σας προσκαλεί να υποβάλλετε προσφορά για την προμήθεια τεσσάρων θαλάμων νηματικής ροής βιολογικής ασφάλειας επιπέδου ΙΙ κλάσης Α2 για την κάλυψη αναγκών λόγω COVID-19 των διαγνωστικών εργαστηρίων Μικροβιολογικού, Παθολογοανατομικού και Αιμορραγικών Διαθέσεων.

Πιθανή δαπάνη € 28.000,00 πλέον ΦΠΑ ή € 34.720,00 συμ. του Φ.Π.Α. 24%

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α' της παρούσης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 120 ημέρες τουλάχιστον από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ, οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών iSupplies έως την Τρίτη 03/05/2022 και ώρα 10:00 π.μ., ενώ θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή μετά την

ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies, την ίδια μέρα Τρίτη 03/05/2022 έως 14:30, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.**

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147).

Μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:

i) απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά για:

- Τις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), Ο.Ε. και Ε.Ε., τους διαχειριστές.
- Τις περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Τις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

ii) Φορολογική ενημερότητα.

iii) Ασφαλιστική ενημερότητα.

iv) Αποδεικτικά Έγγραφα Νομιμοποίησης:

- Για Ανώνυμη εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό της, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
- Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
- Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
- Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε. και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή της το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016, περί οικονομικών φορέων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

Τμήμα Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΘΑΛΑΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΑΞΗΣ II/A2**

1. Οι θάλαμοι πρέπει να είναι Βιολογικής Ασφάλειας Τάξης II (Class II Biohazard cabinet) A2, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12469.
2. Οι θάλαμοι πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας και να συνδυάζουν αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας με υψηλής ποιότητας κατασκευή.
3. Οι καμπίνες των θαλάμων να είναι βαμμένες εξωτερικά με εποξεική βαφή ώστε να έχουν αυξημένη αντοχή σε χημικές καταπονήσεις και να καθαρίζονται εύκολα.
4. Η επιφάνεια εργασίας να είναι αποσπώμενη για ευκολία στον καθαρισμό και την αποστείρωση, φτιαγμένη από ανοξείδωτο ατσάλι πολύ καλής ποιότητας.
5. Να έχουν εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) χωρίς τη βάση:
 - για το Τμήμα Αιμορραγικών Διαθέσεων: (1000-1050) mm x (750-760) mm x (1200-1500) mm.
 - για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο: (1000-1050) mm x (750-780)mm x (1200-1500) mm.
 - Για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο:
 - α) (1300-1380)mm x (750-850)mm x (1200-1480)mm. Θα προτιμηθεί ο θάλαμος με το μικρότερο ύψος. (2280 το ύψος του δωματίου)
 - β) (1900-1970)mm x (750-850)mm x (1200-1480)mm. Θα προτιμηθεί ο θάλαμος με το μικρότερο ύψος. (2280 το ύψος του δωματίου).
6. Η βάση στήριξης του θαλάμου, όπου αυτή ζητείται (Παθολογοανατομικό και Μικροβιολογικό Τμήμα), πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσφορά και πρέπει να διαθέτει ρόδες, φρένο και να είναι ρυθμιζόμενη, ώστε να αποδίδει ύψος 800 και 900mm.
7. Να διαθέτουν δυνατό, ομοιόμορφο φωτισμό με λυχνία >1.000 Lux, τοποθετημένη σε σημείο του εσωτερικού του θαλάμου που να μην διαταράσσεται η νηματική ροή.
8. Να διαθέτουν εμπρόσθιο παράθυρο, με κλίση περίπου 10°, από γυαλί μη διαπερατό από την υπεριώδη ακτινοβολία. Το παράθυρο να ανοίγει σε συγκεκριμένο ύψος (~20cm) για την αποφυγή μόλυνσης του χρήστη και του περιβάλλοντος, να διαθέτει αμορτισέρ, αεροστεγές κλείσιμο και να αποκλείει πλήρως την έξοδο της UV ακτινοβολίας από τον θάλαμο όταν είναι κλειστό. Να γίνεται εύκολα ο καθαρισμός του.
9. Να υπάρχει πρόβλεψη μη παρεμπόδισης των θυρών ροής του αέρα.
10. Να διαθέτουν σύστημα δύο (2) φίλτρων HEPA με ικανότητα συγκράτησης 99,999% για σωματίδια > 0.3μm (κλάσης H14) ή να διαθέτει σύστημα δύο (2) φίλτρων, ένα κύριο φίλτρο ULPA με ικανότητα συγκράτησης 99.9995% για σωματίδια 0,12μm, σύμφωνα με τις οδηγίες USAFEDSTD 209E Grade 1 και ISO 14644-1 Grade 3 κι ένα φίλτρο εξόδου HEPA H14, με ικανότητα συγκράτησης 99.995% για σωματίδια 0,3μm.
11. Να προβλέπεται εύκολη πρόσβαση για αλλαγή και συντήρηση των φίλτρων από το μπροστινό τμήμα του θαλάμου.
12. Να διαθέτουν ένα ή περισσότερα ισχυρά μοτέρ για τους μικρότερου μεγέθους θαλάμους και δύο ή περισσότερα μοτέρ, για τους μεγαλύτερου μεγέθους θαλάμους, ώστε ο αέρας να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος στο εσωτερικό τους. Να υπάρχει πρόσβαση στα μοτέρ από το μπροστινό τμήμα του θαλάμου.

13. Ο φιλτραρισμένος αέρας να ανακυκλοφορεί μέσω του κυρίου φίλτρου HEPA ή ULPA μερικά (70%), ακολουθώντας τις διεθνείς προδιαγραφές.
14. Η ταχύτητα ροής του αέρα στο εσωτερικό του θαλάμου να ελέγχεται συνεχώς από τον μικροεπεξεργαστή του συστήματος και να διατηρείται πάντα στα $0,5\text{m/s} \pm 20\%$ με σύστημα αυτόματης αντιστάθμισης του προοδευτικού φραξίματος των φίλτρων HEPA ή ULPA.
15. Να διαθέτουν σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας (σε απουσία του χρήστη) και χαμηλού θορύβου.
16. Ο χρόνος αναμονής κατά την εκκίνηση και απενεργοποίηση να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρός.
17. Να διαθέτουν οπτικοακουστικό συναγερμό για τις περιπτώσεις υψηλής ή χαμηλής ταχύτητας αέρα, πτώσης τάσης, ανοιχτού παραθύρου, προβλήματος στο μοτέρ, προβλήματος στην κεντρική πλακέτα, προβλήματος στον αισθητήρα ταχύτητας και χαμηλής ροής εισόδου αέρα.
18. Να διαθέτουν σύστημα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή και οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD). Ο πίνακας ελέγχου να περιλαμβάνει:
 - Διακόπτη On/Off με ή χωρίς κλειδί
 - Χρονομετρητή συνολικών ωρών λειτουργίας φίλτρων και λυχνίας UV
 - Ένδειξη κορεσμού φίλτρου και συμπλήρωσης χρόνου ζωής λυχνίας UV
 - Πλήκτρο προγραμματισμού χρόνου για τη λειτουργία της λυχνίας UV
 - Λυχνία alarm
 - Ψηφιακή ένδειξη της ταχύτητας του αέρα
19. Στην προσφορά να περιλαμβάνονται:
 - Δύο (2) ηλεκτρικές παροχές 220V στο εσωτερικό του κάθε θαλάμου για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο, μία παροχή για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο και χωρίς παροχή για το Εργαστήριο Αιμορραγικών Διαθέσεων.
 - Λυχνία αποστείρωσης UV στο κάλυμμα του θαλάμου
 - Βαλβίδα αερίου για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο
20. Μετά το πέρας της εγκατάστασης να γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας του θαλάμου και να εκδοθεί πιστοποιητικό σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από τον κατασκευαστή, τον οργανισμό Institute of Environmental Sciences and Technology, τα πρότυπα U.S. Fed. Std 209e/1992, ISO 14644/2001, τις οδηγίες του οργανισμού Occupational Health and Safety Association.
21. Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού του εργαστηρίου για το σωστό χειρισμό του θαλάμου.
22. Όλοι οι σχετικοί έλεγχοι να γίνονται με διακριβωμένα όργανα.
23. Ελάχιστοι απαιτούμενοι έλεγχοι:
 - Ηλεκτρικοί έλεγχοι: Γείωση, Διηλεκτρικός έλεγχος, Έλεγχος Διαρροής
 - Έλεγχος φίλτρων: Ταχύτητα αέρα, Διαρροή φίλτρων, Μέτρηση σωματιδίων, Έλεγχος κατεύθυνσης ροής
 - Μέτρηση επιπέδου φωτισμού και θορύβου.
24. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να έχει πλήρες και οργανωμένο τεχνικό τμήμα, με τεχνικό προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστικό οίκο, για την τεχνική υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού και να καταθέσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού στην αντιμετώπιση βλαβών του προσφερόμενου εξοπλισμού.
25. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001 & ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη, να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04 και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε βάση του Π.Δ. 117/2004.
26. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών τουλάχιστον για επτά (07) έτη τουλάχιστον.

27. Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 13485 ή ISO 9001
28. Να δοθεί εγχειρίδιο λειτουργίας, επισκευής και συντήρησης στα Ελληνικά.
29. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται με δική της ευθύνη να απομακρύνει τους παλαιούς θαλάμους βιολογικής Ασφάλειας από τους χώρους του Μικροβιολογικού Και Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου σε εξωτερικό χώρο του Νοσοκομείου που θα υποδείξει το Τμήμα της Βιοιατρικής.
30. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια των (4) τεσσάρων θαλάμων Βιολογικής Ασφάλειας Τάξης II για την των κάλυψη αναγκών λόγω COVID-19 του Νοσοκομείου, ανέρχεται σε 28.000,00€ πλέον Φ.Π.Α (€ 34.720,00 συμπερ. Φ.Π.Α).
- 31. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψη προσφορά, με βάση την χαμηλότερη συνολική τιμή.**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- 1.Στεφανάκη Καλλιόπη Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου.
- 2.Μήκα Μαλαματή Διευθύντρια Μικροβιολογικού.
- 3.Βήγας Βασίλειος Ηλεκτρονικός Δ.Ε.