



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Ταχ. Δ/ση: Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου – Γουδή
Υπηρεσία : Δ/ση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας
Υποδ/ση : Οικονομικού
Τμήμα : Προμηθειών
Πληροφ. : Σταματοπούλου Ευσταθία
Τηλ. : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242
e-mail : e.stamatopoulou@paidon-agiasofia.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Αθήνα, 03-04-2023
Αριθ. Πρωτ.: ΕΞΕ 8005 – 05/04/2023

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΟΥΡΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΥΤΩΝ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €4.400,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α (€5.456,00 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

- 1.1 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
- 1.2 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α' 25 /9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ&ΚΑ και λοιπές διατάξεις»
- 1.3 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112 /13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- 1.4 των άρθρων 21 & 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α' 141 /17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
- 1.5 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204 /15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πρωχεντικός κώδικας) Προπρωχεντική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»
- 1.6 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74 /26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις»

- 1.7 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.*
- 1.8 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 1.9 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-05-2017) «*Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.*»
- 1.10 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184/23-09-2020) «*Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.*»
- 1.11 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5-8-2016) «*Ανάλυση υποχρεώσεων από τους διατάκτες.*»

2.Την υπ' αριθ. ΕΞΕ 3742-21/02/2023 Απόφαση Διοικητή, με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) δίθυρου ψυγείου εργαστηριακού-φαρμακευτικού τύπου λόγω μεταφοράς φαρμάκων για αιμορραγικές διαθέσεις και μεγάλου όγκου αυτών, στο τμήμα φαρμακείου του Νοσοκομείου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρα 118 και 120 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ,πιθανής δαπάνης €4.400,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α (€5.456,00 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

σας προσκαλεί να υποβάλλετε προσφορά για την προμήθεια ενός (1) δίθυρου ψυγείου εργαστηριακού-φαρμακευτικού τύπου, λόγω μεταφοράς φαρμάκων για αιμορραγικές διαθέσεις και μεγάλου όγκου αυτών, στο τμήμα φαρμακείου του Νοσοκομείου.

Πιθανή δαπάνη €4.400,00 πλέον Φ.Π.Α ή € 5.456,00 συμπ. Φ.Π.Α.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 120 ημέρες τουλάχιστον από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ, οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών iSupplies έως την Μ. Πέμπτη 13/04/2023 και ώρα 13:00 ενώ θα κατατεθούν την ίδια ημέρα και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies, ήτοι έως την Μ. Πέμπτη 13/04/2023 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.**

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147).

Μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:

i) απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά για:

- Τις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), Ο.Ε. και Ε.Ε., τους διαχειριστές.
- Τις περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Τις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

ii) Φορολογική ενημερότητα.

iii) Ασφαλιστική ενημερότητα.

iv) Αποδεικτικά Έγγραφα Νομιμοποίησης:

- Για Ανώνυμη εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό της, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
- Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
- Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
- Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε. και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή της το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016, περί οικονομικών φορέων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

Τμήμα Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΔΙΠΟΡΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ**

Το προσφερόμενο δίπορτο εργαστηριακό ψυγείο τύπου βιτρίνας θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Κατασκευή

Να διαθέτει εξωτερική κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα με επεξεργασία κατά της διάβρωσης και επικαλυμμένο με λευκό φιλμ PVC. Επιπρόσθετα η εσωτερική κατασκευή του να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα γυαλισμένο (Scotch-Brite τύπου).

Μόνωση

Να διαθέτει μόνωση πάχους 60 mm με έγχυση υψηλής πυκνότητας οικολογικού αφρού πολουρεθάνης CFC-free για εξαιρετική διατήρηση των προϊόντων και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Πόρτα

Να έχει δύο (2) γυάλινες πόρτες με αυτόματο κλείσιμο (διπλό γυαλί χαμηλής εκπομπής), με μαγνητικό λάστιχο και στις 4 πλευρές για τέλειο κλείσιμο. Επιπλέον οι θύρες του οργάνου να διαθέτουν δύο (2) κλειδαριές με κλειδί.

Φως

Να διαθέτει φωτισμό τύπου LED (κατανάλωση έως 70% χαμηλότερη, οικολογικό) με αυτόματο άναμμα με το άνοιγμα της πόρτας και με εξωτερικό διακόπτη.

Ράφια

Να συνοδεύεται από 8 ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα ρυθμιζόμενα σε ύψος.

Εύρος θερμοκρασίας

Να έχει εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ανάμεσα +2°C και +12° C. Προτοποθετημένη στους +4°C και Ψηφιακά ρυθμιζόμενη ανά 0,1°C.

Σύστημα ψύξης

Το σύστημα ψύξης του να διαθέτει πλήρως σφραγισμένο, αθόρυβο και υψηλής απόδοσης συμπιεστή και αεριζόμενο συμπυκνωτή (κατάλληλο και για τροπικές χώρες) τοποθετημένο στην οροφή. Επίσης να διαθέτει εσωτερικό αεριζόμενο εξατμιστή και το σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα να διασφαλίζει την ομοιομορφία της θερμοκρασίας μέσα στο θάλαμο. Επίσης ο ανεμιστήρας να σταματάει με το άνοιγμα της πόρτας και το ψυκτικό υγρό να είναι οικολογικό CFC-free.

Απόψυξη

Να διαθέτει πλήρως αυτοματοποιημένο κύκλο απόψυξης με αυτόματη εξάτμιση των συμπυκνωμάτων.

Χωρητικότητα

Η χωρητικότητα του να είναι περίπου 1400 lt.

Τάση λειτουργίας/ Συχνότητα

Το όργανο να λειτουργεί σε τάση 230V και συχνότητα 50 Hz.

Κατανάλωση

Η κατανάλωσή του να είναι περίπου 500 Watt.

Ψυκτικό υγρό

Το ψυκτικό υγρό να είναι τύπου CFC free R452a.

Πίνακας ελέγχου και συναγερμοί

Το όργανο να διαθέτει Πίνακα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή με εύκολη στην ανάγνωση ψηφιακή οθόνη που να εμφανίζει το μενού, τη θερμοκρασία, την επιλεγμένη θερμοκρασία, ημερομηνία και ώρα, μοντέλο ψυγείου. Να έχει άνοιγμα και κλείσιμο μόνο με χρήση κωδικού και συνεχή παρακολούθηση θερμοκρασίας με εμφάνιση της επιλεγμένης και των συναγερμών στην οθόνη, μέσω αισθητήρα PT1000. Επιπλέον να διαθέτει Οπτικοακουστικούς συναγερμούς υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας (ρυθμιζόμενοι), ανοιχτής πόρτας, αποτελεσματικότητας συμπυκνωτή, προβλήματος στα αισθητήρια, πτώσης τάσης, χαμηλής μπαταρίας. Τέλος να έχει Θύρα USB για εξαγωγή δεδομένων θερμοκρασίας και συναγερμών ή επανεκκίνηση του συστήματος.

Καταγραφή

Να διαθέτει τουλάχιστον 46000 καταχωρήσεις που αφορούν καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας και συναγερμών και εξαγωγή τους σε USB.

Βασικός εξοπλισμός

Το όργανο να συνοδεύεται από:

- 8 ράφια
- 4 ρόδες με 2 πόδια σταθεροποίησης ρυθμιζόμενα
- Κλειδαριά με κλειδί
- Επαφές απομακρυσμένου συναγερμού (Dry contact)

Προαιρετικά εξαρτήματα

Προαιρετικά το όργανο να συνοδεύεται από:

- Συρτάρια τηλεσκοπικά από ανοξείδωτο χάλυβα (έως 14)
- Σύστημα αποστολής μηνυμάτων συναγερμού μέσω GSM
- Θύρα δικτύου LAN για σύνδεση μέσω internet σε PC για παρακολούθηση σωστής λειτουργίας.

Εξωτερικές διαστάσεις και βάρος

Οι εξωτερικές διαστάσεις του να είναι περίπου 1400x800x1990 (ΠxBxY mm) – kg.230.

Συμφωνία με τα πρότυπα

Το όργανο να διαθέτει CE και να είναι σε συμφωνία με τα πρότυπα 2014/35/UE, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/UE.

Τέλος ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας **ISO9001:2015, ISO13485:2016.**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.400,00€ + 24% ΦΠΑ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ